



Circular Informativa 021-2025

27 de febrero de 2025

**Circular Informativa 021-2025.**  
**DETECCIÓN DEL PRODUCTO FALSIFICADO**  
**REVOLAX DEEP CON LIDOCAÍNA EN EL MERCADO**  
**ESPAÑOL**

Buenos días

Por su interés reproducimos la nota de la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios (AEMPS), por la que se informa de la existencia en el mercado español, de unidades falsificadas del implante de relleno Revolax Deep con lidocaína y la forma de detectar los mismos.



## **La AEMPS informa de la detección del producto falsificado Revolax Deep con lidocaína en el mercado español**

La AEMPS ha tenido conocimiento de la presencia de unidades falsificadas del implante de relleno Revolax Deep con lidocaína en el mercado español.

Los productos falsificados se pueden identificar porque en el etiquetado figura el número de identificación del organismo notificado 0476 acompañando al marcado CE.

La Agencia establece una serie de recomendaciones dirigidas a distribuidores y profesionales sanitarios.

[Accede a la nota informativa completa](#)

---

Esperando que esta información te sea de utilidad, recibe un cordial saludo.

Junta Directiva de FARVAL